

怀化市中医医院 64 排 CT 球管单一来源采购 单一来源论证会议签到表

项目名称：怀化市中医医院 64 排 CT 球管单一来源采购
论证日期：2025 年 6 月 24 日
论证地点：湖南紫霖项目管理有限责任公司会议室

业 主				
姓 名	工 作 单 位	联 系 电 话		
曹锐	怀化市中医医院	13974578800		
张浩伟	怀化市中医医院			
张浩伟	怀化市中医医院	18670486815		
论 证 专 家				
姓 名	工 作 单 位	专 业 技 术 职 称	专 业	联 系 电 话
周伟有	湖南医药学院	中工	技术	15211533207
邱荣华	芷江县人民医院	经济师		13874478982
何志军	怀、临沅公司	工程师	技术	15874543317
梁凤玲	怀化市第四人民医院	高工	技术	13707451936
杨敏芳	湖南融峰律师事务所	律师	法律	19118576572

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨钦宇	
	职称: 律师	
	工作单位: 湖南泉峰律师事务所	
项目信息	项目名称: 怀化市中医医院 64 排 CT 球管单一来源采购	
	供应商名称: 湖南修养医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	根据采购人提供的医疗器械产品注册证及生产厂家授权书, 采购人提供的项目情况说明, 本项目因仅有原厂生产的球管能与采购人现有的 64 排 CT 相互兼容, 配套使用, 具有唯一性, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的规定, 建议本项目采用单一来源采购。	
专业人员签字	杨钦宇	日期: 2025 年 6 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 梁凤玲	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 怀化市第四人民医院	
项目信息	项目名称：怀化市中医医院 64 排 CT 球管单一来源采购	
	供应商名称：湖南修养医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	球管为CT 配套使用为重要组成部件，目前仅能从原厂家生产的球管与设备进行兼容。适配主机，其他品牌球管不能适配兼容，且厂家（日立）指定湖南修养医疗科技有限公司为医院的唯一授权经销商，符合单一来源采购要求。	
专业人员签字	梁凤玲	日期： 2025 年 6 月 24 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：周倩倩	
	职称：中级	
	工作单位：湖南中医药大学附属医院	
项目信息	项目名称：怀化市中医医院 64 排 CT 球管单一来源采购	
	供应商名称：湖南修养医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	球管是CT的核心部件，怀化那CT机（SCENARIAL128）只能适配原厂球管。且该球管指定湖南修养医疗科技有限公司为唯一授权经销商。符合单一来源采购要求。	
专业人员签字	周倩倩	日期：2025年6月24日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 何志军	
	职称: 工程师	
	工作单位: 怀化南园云网	
项目信息	项目名称: 怀化市中医医院 64 排 CT 球管单一来源采购	
	供应商名称: 湖南修养医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	设备专业、技术性强、 因由配件的系统兼容性。 建议该项目采取单一来源 采购方式。	
专业人员签字	何志军	日期: 2025年6月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 邱荣华	
	职称: 经济师	
	工作单位: 芷江县人民医院	
项目信息	项目名称: 怀化市中医医院 64 排 CT 球管单一来源采购	
	供应商名称: 湖南修养医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	因该64排CT机只能使用原厂生产的球管, 而目前市场上没有能替代使用的其他球管, 更换也有统一规格的需要的规定。由于这些客观条件, 及兼容性等原因, 故建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	邱荣华	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。